

CERTIFIK	Carta de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2018-02-09
F-102-03		No. de páginas:
		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: RETÍCULA GRADUADA

CENAM

Patron Primario CENAM

Instrumento: SISTEMA DE VISIÓN
 No. de Identificación: MTK-SDV-86
 No. de informe: MTKD-2109097
 Incertidumbre: $\pm(0.58 + 0.0078 * L) \mu\text{m}$; L en mm
 Vigencia: 2022-09

Patronde referencia
Metrokal

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: RETÍCULA GRADUADA
 No. de Identificación: CTK-083
 No. de informe: MTKD-221505
 Incertidumbre: $\pm(1.74 + 0.0017 * L) \mu\text{m}$; L en mm
 Fecha de vencimiento: 2023-03-15

Intrumentos de
CERTIFIK

Instrumentos del Cliente