CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: RETICULA GRADUADA (ESCALA DE VIDRIO)

Patron Nacional de Longitud CENAM

Patrón primario CENAM

Instrumento: **SISTEMA DE VISIÓN**
No. de Identificación: MTK-SDV-86
No. de informe: MTKD-235824
Incertidumbre: **± (0.58 + 0.007 8 *L) µm; L en mm**

Patrón de referencia METROSMART

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: RETICULA GRADUADA (Escala de vidrio)
No. de Identificación: **CTK-083**
No. de informe: **MTKD-368-25**
Incertidumbre: ± (1.8+0.001 7 *L) µm ; L en mm
Fecha de vencimiento: 2024-10-17

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente