

PATRÓN DE REFERENCIA: MULTIMETRO DIGITAL 6 1/2 DIGITOS

COPIA NO CONTROLADA

**PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE
ELECTRICA**

**Patron primario
CENAM**

Instrumento: **Calibrador multifunciones**
Modelo: **5520A**
Serie: **7800002**
ID: **CP-34-17**
No. de informe: **CA-CE-32744-11, CA-CE-32745-11**
Fecha de calibración: **2023-05-06**

**Patrones de Referencia
Capél**

Instrumento: **Multímetro Digital 6 1/2 Dígitos**
No. de Identificación: **CTK-224**
Marca: **Agilent**
Modelo: **34401 A**
Serie: **MY41041038**
No. de informe: **AE0564-2022**
Incertidumbre: **Tension eléctrica continua $\pm 0,002$ 1 a $0,002$ 7 %L @ 1 000 V, Tensión eléctrica alterna $\pm 0,030$ %L @ 750 V @ 1 kHz, Corriente eléctrica continua $\pm 0,027$ a $0,033$ %L @ 3 A, Corriente eléctrica alterna $\pm 0,060$ %L @ 3 A @ 1kHz, Resistencia eléctrica a la corriente continua $\pm 0,013$ a $0,066$ %L @ 100 M Ω**
Fecha de vencimiento: **2023-07-11**

**Instrumentos de
CERTIFIK**

Instrumentos del Cliente