CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: MANÓMETRO DIGITAL

Patron Nacional de Presión (CENAM)

Patrones Primarios CENAM

Instrumento: **Balanza de presión**
No. de Identificación: **MA-BPM05/10**
No. de informe: **CNM-CC-720-100/2023**
Incertidumbre: **± 0,003 5 %L**

Instrumento: **Balanza de presión**
No. de Identificación: **MA-BPM07/21**
No. de informe: **CNM-CC-720-052/2023**
Incertidumbre: **± 0,003 9 %L**

Patrón de Referencia MetAs

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: Manómetro Digital
No. de Identificación: **CTK-241**
No. de informe: **1-10463**
Incertidumbre: ±0,003 8 %
Fecha de vencimiento: 2024-10-12

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente