CERTIFIK	Carta de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2018-02-09
F-102-03		No. de páginas:
		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: MULTIMETRO

COPIA NO CONTROLADA

Patron primario CENAM

PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA

Patrones de Referncia SEPRI

Instrumento: **Multímetro Digital**
No. de Identificación: **2823A05315 (serie)**
No. de informe: **E-1179-2020 (SEPRI)**
Fecha de vencimiento: **2020-07-07**

Instrumento: **Puente RLC**
No. de Identificación: **LO 694886 (serie)**
No. de informe: **CNM-CC-410-176, 177/2019 (CENAM)**
Incertidumbre: **± 0,01 °**
Fecha de vencimiento: **2020-07-18**

Instrumento: **Derivador de Corriente**
No. de Identificación: **511 (serie)**
No. de informe: **E-2607-2019**
Incertidumbre: **± 0,015 %**
Fecha de vencimiento: **2020-12-18**

Instrumento: **Resistores Patrón CA/CC**
No. de Identificación: **100 Ω, 931, 10 Ω, 080199 (serie)**
No. de informe**: E-2540-2019, E-2541-2019, E-2538-2019, E-2539-2019**
Fecha de vencimiento: **2020-12-10**

Instrumento: **Voltímetro Patrón**
No. de Identificación: **27378 (serie)**
No. de informe: **CNM-CC-410-222/2019 (CENAM)**
Fecha de vencimiento: **2020-09-05**

Instrumento: **Medidor de Potencia**
No. de Identificación: **A0126**
No. de informe: **20192396 (LAPEM)**
Fecha de vencimiento: **2020-09-25**

Instrumento: **Contador Universal**
No. de Identificación: **2937A08344 (serie)**
No. de informe: **TF-0382-2018(SEPRI)**
Incertidumbre: **± 0,5 µHz/Hz**
Fecha de vencimiento: **2020-03-14**

Patrones de Referncia CERTIFIK

Instrumento: **CALIBRADOR MULTIFUNCIONES**
No. de Identificación: **CTK-396**
Marca: **Fluke**
Modelo: **5502A**
Serie: **3443903**
No. de informe: **E-1208-2020, TF-0767-2020, E-1161-2020**
Incertidumbre:
± 6,6 µV/V @ 1 000 V Tensión eléctrica continua, ± 0,010 %L @ 20 A Corriente eléctrica contina, ± 92 mV/V @ 1 000 V @ 8 kHz Tensión eléctrica alterna, ± 0,020 %L Corriente eléctrica alterna, ± 0,25 %L @ 1 000 MΩ Resistencia, ± 10 mV/V @ 1 000 V @ 10 000 °C Generación de temperatura
Fecha de vencimiento: 2021-06-30

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumento: **Multimetro**
No. de Identificación: **CTK-346**
Marca: **Fluke**
Modelo: **177**
Serie: **23640638**
No. de informe: **EL-070654-7**
Incertidumbre: **Ver informe**
Vigencia: **2023-05-27**

Instrumentos del Cliente