CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **CELDA DE CARGA**

PATRÓN NACIONAL PRIMARIO

Patrones Primarios CENAM

Instrumento**: Celda de carga**
No. de Identificación: RC-I-01-21
No. de informe: CNM-CC-720/155/2023
Incertidumbre**: ± 0,14% L (T), ± 0,24% L (C)**

Patrón de Referencia RC Calibración

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: CELADA DE CARGA
No. de Identificación: **CTK-374**
No. de informe: **RCFA-397-2023**
Incertidumbre: ± 0,10% L (C), ± 0,10% L (T)
Fecha de vencimiento: 2024-08-01

Instumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente