CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **CELDA DE CARGA (TIPO S)**

Centro Nacional de Metrología CENAM

Patrones Primarios

Instrumento:**CELDA DE CARGA**
No. de Identificación: RC-I-01
No. de informe: RCFA-282-2023
Incertidumbre: **± 0,12% L (C), ±0,17% L (T)**

Patron de referecia de RC Calibración

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: CELDA DE CARGA
No. de Identificación: **CTK-380**
No. de informe: **RCFA-389-2023**
Incertidumbre: ± 0,10% L (T), ± 0,10% L (C)
Fecha de vencimiento: 2024-08-17

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente