CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES

Patrón primario CENAM

PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA

Patrones de Referencia SEPRI

Instrumento: **Multímetro Digital**
No. de Identificación: **2823A17324 (serie)**
No. de informe: **E-1025-2023 (SEPRI)**

Instrumento: **Puente RLC**
No. de Identificación: **LO 694886**
No. de informe: **CNM-CC-410-120 / 2023**
Incertidumbre:

Instrumento: **Derivador de Corriente**
No. de Identificación:5390006
No. de informe:E-2005-2022

Instrumento: **Resistores Patrón CA/CC**
No. de Identificación: **100 Ω, 931, 10 Ω, 080199 (serie)**
No. de informe: **E-2277-2022, E2275-2022, E-2276-2022, E-2274-2022 (SEPRI)**

Instrumento: **Voltímetro Patrón**
No. de Identificación:27378
No. de informe: CNM-CC-410-181 / 2023
Incertidumbre:

Instrumento: **Medidor de Potencia**
No. de Identificación: A0126
No. de informe:E-2418-2022 (SEPRI)
Incertidumbre:

Instrumento: **Contador Universal**
No. de Identificación:2937A08344 (serie)
No. de informe: TF-0295-2023 (SEPRI)
Incertidumbre:

COPIA NO CONTROLADA

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumento: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES
No. de Identificación: **CTK-396**
No. de informe: **E-1692-2023, E-1687-2023, TF-1045-2023**
Incertidumbre: IKLH
± 6,6 a 6,9 mV/V @ 1 000 V Tensión eléctrica continua, ± 0,010 %L @ 20 A Corriente eléctrica contina, ± 0,0092%L @ 1 000 V @ 8 kHz Tensión eléctrica alterna, ± 0,020 %L @ 20 A @ 1kHz Corriente eléctrica alterna, ± 0,23 %L @ 1 000 MΩ Resistencia, ± 10 a 37 µV/V @ 1 000 V @ 10 000 °C Generación de temperatura
Fecha de vencimiento: 2024-SEP-22

Instrumentos del Cliente