CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **CALIBRADOR DE PROCESOS**

PATRON PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA CENAM

Patrón Primario CENAM

PATRONES DE REFRENCIA SEPRI

Patrones de refrencia SEPRI

Instrumento: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES
No. de Identificación: **CTK-396**
No. de informe: **E-1692-2023, E-1687-2023, TF-1045-2023**
Incertidumbre: IKLH
± 6,6 a 6,9 mV/V @ 1 000 V Tensión eléctrica continua, ± 0,010 %L @ 20 A Corriente eléctrica contina, ± 0,0092%L @ 1 000 V @ 8 kHz Tensión eléctrica alterna, ± 0,020 %L @ 20 A @ 1kHz Corriente eléctrica alterna, ± 0,23 %L @ 1 000 MΩ Resistencia, ± 10 a 37 µV/V @ 1 000 V @ 10 000 °C Generación de

Patrón de refrencia CERTIFIK

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: Calibrador de Procesos
No. de Identificación: **CTK-410**
No. de informe: **EL-080277-6**
Incertidumbre:
Modo de medición:
± 0,001 2 V Tensión eléctrica alterna; ± 0,008 7 mV Tensión eléctrica continua; ± 0,000 67 mA Corriente eléctrica continua; ± 0,027Ω Resistencia eléctrica (a la corriente continua); TC TIPO J 0,12 °C
Modo de generación:
± 0,000 58 V Tensión eléctrica continua; ± 0,005 8 mA Corriente eléctrica continua; ± 0,58 Ω Resistencia eléctrica (a la corriente continua); TC TIPO J 0,12 °C.

Instrumentos CERTIFK

Instrumentos del Cliente