CERTIFIK	Carta de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2018-02-09
F-102-03		No. de páginas:
		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: DECADA DE ALTA RESISTENCIA

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA

Instrumento: **Multímetro 8 1/2**
Marca: Hewlett Packard
No. de Identificación: **PR-001**
No. de informe: **CC-410-191/2021, CC-410-193/2021, CC-410-188/2021, CC-410-187/2021, CC-410-192/2021.**
Fecha de vencimiento: **2023-07-19**

Instrumento: **Multímetro 8 1/2**
Marca: Agilent
No. de Identificación: **PR-006**
No. de informe: **CC-410-195/2020, CC-410-194/2020, CC-410-197/2020, CC-410-196/2020, CC-410-198/2020.**
Fecha de vencimiento: **2022-08-14**

Patrones de Referncia CANHEFERN

Instrumento: **DECADA DE RESISTENCIA**
No. de Identificación: **CTK-425**
No. de informe: **CA-CE-33012-11**
Incertidumbre: **1 a 400 Ω ± 0,067, 1kΩ a 400 kΩ ± 0,001 9, 1MΩ a 4 MΩ ± 0,004 1**
Fecha de vencimiento: **2023-05-26**

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente