CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **DECADA DE ALTA RESISTENCIA**

PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA CENAM

Patrón Primario CENAM

Instrumento**: Multímetro 8 1/2 digitos**
No. de Identificación**: PR-001**
No. de informe**: CNM-CC-410-139/2023**
Incertidumbre: 7,5 µΩ / Ω

Instrumento**: Multímetro 8 1/2 digítos**
No. de Identificación**: PR-001**
No. de informe**: CNMM-CC-410-141-2023**
Incertidumbre**: 3,7 µV/V**

Patrones de Referencia CANHEFERN

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: DECADA DE ALTA RESISTENCIA
No. de Identificación: **CTK-425**
No. de informe: **CA-CE-41619-11 / CA-CE-41619-21**
Incertidumbre: 1 Ω a 400 Ω ± 0,0011 %, 1 kΩ a 400 kΩ ± 0,0011 %, 1 MΩ a 4 MΩ ± 0,0041 %
Fecha de vencimiento: 2024-10-06

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente