CERTIFIK	Carta de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2018-02-09
F-102-03		No. de páginas:
		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: DECADA DE ALTA RESISTENCIA

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA

Instrumento: **Multímetro 8 1/2**
Marca: Hewlett Packard
No. de Identificación: **PR-001**
No. de informe: **CC-410-191/2021, CC-410-193/2021, CC-410-188/2021, CC-410-187/2021, CC-410-192/2021.**
Fecha de vencimiento: **2023-07-19**

Instrumento: **Multímetro 8 1/2**
Marca: Agilent
No. de Identificación: **PR-006**
No. de informe: **CC-410-247/2022, CC-410-249/2022, CC-410-251/2022, CC-410-250/2022, CC-410-248/2022.**
Fecha de vencimiento: **2024-06-21**

Patrones de Referncia CANHEFERN

Instrumento: **DECADA DE ALTA RESISTENCIA**
No. de Identificación: **CTK-509**
No. de informe: **CA-CE-35142-11**
Incertidumbre: **@Tensión 100V ±0,054 MΩ, @1000V ±0,79 MΩ, @1000V ±0,79 GΩ, @2500V ±0,79MΩ, @5000V ±0,79 GΩ**
Fecha de vencimiento: **2023-09-20**

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente