

PATRÓN DE REFERENCIA: MULTIMETRO DIGITAL 6 1/2 DIGITOS

COPIA NO CONTROLADA

**PATRÓN PRIMARIO NACIONAL DE
ELECTRICA****Patron primario
CENAM****Instrumento: Calibrador multifunciones**
Modelo: 5520A
Serie: 7800002
ID: CP-34-17
No. de informe: CA-CE-21665-11 y CA-CE-21667-11
Fecha de calibración: 2020-05-08**Patrones de Referencia
Capél****Instrumento: Multímetro Digital 6 1/2 Dígitos**
No. de Identificación: CTK-224
Marca: Agilent
Modelo: 34401 A
Serie: MY41041038
No. de informe: AE0672-2020
Incertidumbre: Tensión eléctrica continua $\pm 0,002$ 1 %L @ 1 000 V, Tensión eléctrica alterna $\pm 0,030$ %L <@ 750 V, Corriente eléctrica continua $\pm 0,032$ %L @ 3 A, Corriente eléctrica alterna $\pm 0,060$ %L @ 3 A, Resistencia eléctrica a la corriente continua $\pm 0,066$ %L @ 100 M Ω
Fecha de vencimiento: 2021-08-04**Instrumentos de
CERTIFIK****Instrumentos del Cliente**