

PATRÓN DE REFERENCIA: TERMOMETRO INFRAROJO

COPIA NO CONTROLADA

Patrón primario nacional
Celdas de puntos Triples
(CENAM)

Patrones
Primarios
CENAM

Instrumento: Calibrador Multifunciones
No. de Identificación: **MA-MCE05/16**
No. de informe: **MADF-EL4924/20**
Incertidumbre mayor: **0,49 °C a 0,11 °C**
Fecha de vencimiento: **No disponible**

Patrones de
Referencia
CEMYR

Instrumento: Indicador de Temperatura
No. de Identificación: **ECEM-TEM-11**
No. de informe: **MADF-EL5572-20**
Incertidumbre mayor: **0,16 °C a 0,33°C**
Fecha de vencimiento: **2021-11-25**

Instrumentos de
CERTIFIK

Instrumento: **Termometro infrarojo**
No. de Identificación: **CTK-225**
No. de informe: **CEM21MY-15413**
Incertidumbre: **± 0,33 °C**
Fecha de vencimiento: **2022-07-02**

Instrumentos del Cliente