

Carta de trazabilidad

PATRÓN DE REFERENCIA: RETICULA GRADUADA

CENAM

Patron primario CENAM

Instrumento: **SISTEMA DE VISION**
No. de Identificación: **MTK-SDV-86**
No. de informe: **MTKD-204626**
Incertidumbres: $\pm(1.47 + 0.008 2 *L) \mu\text{m}$; L en mm
Fecha de vencimiento: **2021-09-04**

Patrones primarios
Metrokal

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: **RETICULA GRADUADA**
No. de Identificación: **CTK-265**
No. de informe: **MTKD-211035**
Incertidumbre: $\pm(1.74 + 0.001 7 *L) \mu\text{m}$; L en mm
Fecha de vencimiento: **2022-03-03**

Instrumento de
CERTIFIK

Instrumentos del Cliente