

PATRÓN DE REFERENCIA: CELDA DE CARGA

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN NACIONAL PRIMARIO

**Patrones
Primarios
CENAM**

Instrumento: **Celda de carga**
 No. de Identificación: **OMG-591-50kN**
 Marca: **Epelsa**
 Modelo: **CTC**
 No. de Serie: **2090591**
 Incertidumbre: **Maxima incertidumbre ± 0,75**
% lectura entre 34 kN a 343 kN
 Vigencia: **2021-07-31**

**Patrones de
Referencia
CALTECHNIX**

Instrumento: **CELDA DE CARGA**
 No. de Identificación: **CTK-374**
 No. de informe: **AC1135F02**
 Incertidumbre: **± 0,85 %L (T), ± 1,19 %L (C)**
 Fecha de vencimiento: **2021-07-22**

**Instrumentos de
CERTIFIK**

Instrumentos del Cliente