CERTIFIK	Carta de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2018-02-09
F-102-03		No. de páginas:
		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: MANOMETRO DIGITAL

Patrones Primarios CENAM

PATRÓN NACIONAL PRIMARIO MAGNITUD PRESIÓN

PATRÓN NACIONAL PRIMARIO MAGNITUD MASA

Patrones de Referencia CALTECHNIX

Instrumento: **BALANZA DE PRESIÓN**
No. de Identificación: **DH-3985**
No. de informe: **CNM-CC-720-491-2016**
Incertidumbre: **0,005%**
Vigencia: **2019-12-31**

Instrumento: **MASAS**
No. de Identificación: **DH-2882**
No. de informe: **Z0833M01**
Incertidumbre: **0,001%**
Vigencia: **2019-06-30**

COPIA NO CONTROLADA

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumento: **MANÓMETRO DIGITAL**
No. de Identificación: **CTK-468**
No. de informe: **AB0001P02**
Marca: **DRUCK**
Modelo: **DPI 104**
Serie: **4472134**
Incertidumbre: **± 0,12 psi**
Fecha de vencimiento: **2020-01-15**

Instrumentos del Cliente